

Modul Aligner 3D



Programmversion	BASIC	2D PRO	3D PRO	LAB	OMS
Verfügbarkeit	✗	✗	📄	📄	📄

✗ nicht
enthalten

📄 immer
enthalten

📄 optional
enthalten


Modul Aligner 3D kann benutzt werden, um Behandlungsinkremente (Stages und Steps) zwischen Ausgangssituation und der im Modul Aligner oder im Modul [V.T.O.3D](#) aufgestellten Zielsituation zu planen. Für die Definition und Überwachung der Stages und Steps können selbst-definierte kronenindividuelle Grenzwerte für alle Komponenten der Zahnbewegung inkl. ASR genutzt werden. Zur Unterstützung einzelner Bewegungen können bereitgestellte oder selbst konstruierte Attachments manuell oder auch mittels Regelwerk aufgebracht werden.

Die für die Herstellung der Alignerschielen im Tiefziehverfahren benötigten Alignermodelle können mittels Trimmen, Ausblocken, Beschriften, Hinzufügen von Zusatzobjekten oder auch Neuvernetzung mit Nachbearbeitungsoptionen wie Hohl Druck oder Perforation einheitlich vorverarbeitet und seriell exportiert werden.

Erste Schritte

1. Zielzustand auf der Zeitleiste definieren (bzw. aus [V.T.O.3D](#)-Befund übernehmen)
2. Optional Attachments über Punktliste anbringen
3. Zwischenzustände auf Zeitleiste einfügen, z.B. nach Grenzwerten
4. Zwischenzustände überprüfen und nachkorrigieren
5. Als Projekt speichern, Serienexport über Objektliste

Moduloberfläche



Verweise

	Anforderung Kurzanleitung Modul Aligner
	Panel Zusätzliche Objekte
	Mehrere Attachments je Krone verwenden
	Digitale Alignerplanung: Programmkonfiguration
	Extended Staging
	Aligner Manufacturing Integration
	Modul-Handout Aligner 3D
	Alignertherapie im Eigenlabor
	Flyer
	Positiv gesehen
	Serienexport
	Neue Features: Staging etc.
	Attachment Designer

From:
<http://onyxwiki.net/> - **[OnyxCeph³™ Wiki]**

Permanent link:
http://onyxwiki.net/doku.php?id=aligner_3d&rev=1678103011

Last update: **2023/03/06 12:43**

